



CONCURSO UFAM - FORMULÁRIO - RESPOSTA RECURSOS

EDITAIS: N° 22 E 23 DE 02 DE MAIO DE 2016/GR-UFAM

NÍVEL: MÉDIO

**CARGO: NOME: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - QUÍMICA
CÓDIGO: NM07/NM25**

TÓPICO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO: N° 37

INTERESSADO(S): EDUARDO DE PAULA

QUESTIONAMENTO:

O candidato alega que existe alternativas corretas e por esse motivo solicita anulação da questão.

PARECER:

Analisando as alternativas temos que:

Letra “a” é FALSA, o aparelho de destilação simples é usado para misturas simples, não azeotrópicas.

Letra “b” é VEDADEIRA

Letra “c” é FALSA, o espectrômetro UV-vis é usado para análises de complexos e cromóforos (substâncias orgânicas de insaturadas alternadamente) solúveis em um certo solvente.

Letra “d” é FALSA, a balança semi-analítica é usada em vários estabelecimentos comerciais, pois não tem baixa precisão nas medidas.

Letra “e” é FALSA, o dessecador é usado para armazenar substâncias em ambiente praticamente isento de umidade, ou melhor, usa agente dessecante para remover a umidade das substâncias, em muito caso com vácuo para aumentar a eficiência.

RESPOSTA: MANTER GABARITO NA ALTERNATIVA “B”.

Data: 08/09/2016.