



## CONCURSO UFAM - FORMULÁRIO - RESPOSTA RECURSOS

EDITAIS: N° 22 E 23 DE 02 DE MAIO DE 2016/GR-UFAM

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: NOME: QUÍMICO II  
CÓDIGO: NS19**

**TÓPICO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO: N° 35**

**INTERESSADO(S): RICHARDSON ALVES DE ALMEIDA**

### **QUESTIONAMENTO:**

A questão solicita a alternativa incorreta e a alternativa “c” (gabarito) não está incorreta. Apresenta trabalho com análises por espectrometria de massas com determinações de 1,98 a 19,7 ng L<sup>-1</sup>.

### **PARECER:**

Indeferido o questionamento, pois a calibração de um espectrômetro de massas pode favorecer análises até o nível de pg L<sup>-1</sup> (como indica Skoog et al., 2014 - Tabela 32-1, pág. 884; Carla G. A. Silva e Carol H. Collin. Quim. Nova, Vol. 34, No. 4, 665-676, 2011).

**RESPOSTA: MANTER GABARITO NA ALTERNATIVA “C”**

Data: 02 / 09 / 2016.