



RECURSO NÍVEL MÉDIO PSTEC/2018

EDITAL PSTEC/2018/UFAM Nº 59/2018/GR de 17/07/2018

CARGO: NM32 e NM33 - Téc. em Enfermagem;

TÓPICO: Conhecimentos Específicos

QUESTÃO: 27

INTERESSADO(S): Eliezer Santos de Souza
Karen Fernanda Andrade Avelino

QUESTIONAMENTO: solicitam anulação da questão. O primeiro afirma que deveria especificar o tipo de estufa. A segunda cita que a RDC No. 15, de 15 de março de 2012 em seu Art. 92 não permite o uso de estufas para a esterilização de produtos para a saúde.

PARECER: O pleito não se sustenta, pois “o processo de esterilização por calor úmido, na forma de vapor saturado sob pressão, é considerado, o mais seguro, rápido, eficiente e econômico disponível para instrumentos termorresistentes. Desta forma a esterilização por estufas somente é indicada quando a esterilização em autoclaves é impossibilitada pela natureza do artigo, isto é, quando sofrem dano em presença de umidade ou quando são impermeáveis, como pós e óleos”. Sobre esse aspecto dos produtos farmacêuticos, como é o caso de óleos e pós, a RDC No. 15 é omissa.

RESPOSTA: MANTER GABARITO PUBLICADO.

Data: 21/09/ 2018